



SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

✉ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
☎ tel. (+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51
✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

Zakopane, dnia 05 marca 2020 roku

ZP / 04 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 2

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem**” działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań oraz odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania do treści zapisów przedmiotowej SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, udostępniam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

- Pytanie do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.03.2020 dot. odpowiedzi na pytanie nr 70 "pkt 17, Czy Zamawiający potwierdza, iż wymóg w tym punkcie (35x43 cm +/- 1 cm) oznacza wymiary matrycy, a nie zewnętrzne wymiary detektora?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że podany w pozycji nr 17 wymiar dotyczy wymiaru detektora".

Wymóg pkt 17 w naszej ocenie, nie budził wątpliwości do czasu odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli zamawiający ma na myśli wymiar zewnętrzny detektora to według naszej wiedzy żaden dostępny produkt na rynku, tego wymogu nie spełnia.

Czy zatem Zamawiający ma na myśli wymiar nominalny detektora odpowiadający wymiarowi matrycy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w pozycji nr 17 ma na myśli wymiar nominalny detektora odpowiadający wymiarowi matrycy.

Z poważaniem:

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,
2. A/a.