



SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

✉ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
☎ tel. (+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51
✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

Zakopane, dnia 20 marca 2020 roku

ZP / 05 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej**” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr 10 składałby się z grotów, gwoździ oraz drutów, czyli pozycji Nr 13-16. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

II.

2. **Dotyczy SIWZ pkt 3.13, Pakiet – nr 1, ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – w ilości 210 sztuk:**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści zaoferowanie produktów o następujących parametrach:

Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu na całej długości lub w części przynasadowej. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu

głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia rosnąca wraz z rozmiarem.

Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia rosnąca wraz z rozmiarem.

Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, umożliwiająca pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Zaślepka centralna w opakowaniu, otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Rozmiary panewek od 42 do 72 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem.

Insert wykonany z polietylenu crosslinkowany, płaski lub z okapem, rosnący, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm.

Insert ceramiczny płaski, rosnący średnica wewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm.

Głowa metalowa o średnicy 22 mm w 3 długościach, 28 mm, 32 mm w sześciu długościach szyjki.

Głowa metalowa o średnicy 36 mm w sześciu długościach szyjki.

Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm w 3 długościach, 32 mm, 36 mm, 40 mm w czterech długościach szyjki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

3. Dotyczy SIWZ pkt 3.15, Pakiet - nr 3, ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA – w ilości 100 sztuk:

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści zaoferowanie produktów o następujących parametrach:

Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy anatomiczny wieloosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent puszczelowy anatomiczny prawy lewy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

4. Dotyczy SIWZ pkt 3.16, Pakiet - nr 4, ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA – w ilości 50 sztuk:

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści zaoferowanie produktów o następujących parametrach:

Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), bezcementowa. Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy anatomiczny wieloosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy FB lub MB z wkładką polietylenową wymienną typu FB lub MB dla obu wersji CR i PS. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

5. Dotyczy SIWZ pkt 3.17, Pakiet - nr 5, ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO – w ilości 70 sztuk:

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści zaoferowanie produktów o następujących parametrach:

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach.

Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach.

Komplet cementu kostnego 2 x 40g.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.17 SIWZ, w zakresie Pakietu nr 5 w którym do obecnego opisu przedmiotu zamówienia dodaje się alternatywny opis w brzmieniu:

3.17 SIWZ

(...)

LUB

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 40g.

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

III.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 9 (poz. 24 – wg FO) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów typu Herbert tytanowych kaniulowanych samowiercących i samogwintujących o średnicy 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 10 punktu 3.22.9) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.22.9) SIWZ

Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowiercące i samogwintujące o średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – w ilości 60 sztuk.

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 10 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

IV.

7. Pytanie nr 1

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej: ustawa pzp) oraz mając na uwadze specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści w poniższym zakresie.

W związku z faktem, że Zamawiający regulacjami siwz, nie określił wymagania złożenia wraz z ofertą jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego (przedmiotowych) i tym samym pozbawił się możliwości weryfikacji na etapie po upływie terminu składania oferta a przed zawarciem umowy lub wyborem oferty najkorzystniejszej zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia przez Wykonawców w postaci kart katalogowych, Deklaracji Zgodności, Certyfikatów Zgodności lub innych dokumentów wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Aktualna sytuacja prawna nie pozwala również na etapie po upływie terminu składania ofert, możliwości przez innych wykonawców zweryfikowania i zastosowania środków ochrony prawnej do czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, w przypadku kiedy tylko z ogólnodostępnych informacji możliwych jest stwierdzenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowo wskazać również należy, że konstrukcja Załącznika nr 1 do siwz, w żaden sposób nie daje możliwości weryfikacji przedmiotowej w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, gdyż nie zawierać będzie żadnej informacji w tym zakresie, gdyż nie występuje np. kolumna „Zaoferowane numery katalogowe/ nazwy handlowe).

Dodatkowo wskazać również należy, że konstrukcja Załącznika nr 1 do siwz, w żaden sposób nie daje możliwości weryfikacji przedmiotowej w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, gdyż nie zawierać będzie żadnej informacji w tym zakresie, gdyż nie występuje np. kolumna „Zaoferowane numery katalogowe/ nazwy handlowe).

Mając powyższe na względzie prosimy o wprowadzenie wymogu dodania do formularza cenowego kolumny o nazwie „Numer Katalogowy” i dołączenia do oferty materiałów oferowanych wyrobów dających możliwość weryfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Wskazujemy również, że powołane powyżej wymagania spowodują zapewnienie sprawnego biegu postępowania oraz jego transparentność.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

8. Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

„Insert wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm” z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 1 dot. insertu punktu 3.13 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.13 SIWZ

(...)

Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – w ilości 190 sztuk.

(...)

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

9. Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 2, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis” w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu zaoferowania „komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2x40g” co jest zawarte w pozostałych opisach wskazanych przez Zamawiającego? Powyższe powoduje, że oferty złożone w postępowaniu będą nieporównywalne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2 dot. opcji nr 2 punktu 3.14 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.14 SIWZ

(...)

Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów

centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.
(...)

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

10. Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

„- Trzpień kobaltowo-chromowy prosty, mający w dwóch płaszczyznach kształt klina, bezkołnierzowy, cementowany, zwężający się dystalnie, stożek 12/14 samocentrujący się w kanale szpikowym, dostępny w 6 rozmiarach.

- Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki.

- Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.

- Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g”

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu opis endoprotezy cementowanej stawu biodrowego odpowiada opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

11. Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 3, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis” w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu zaoferowania „Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym” co jest zawarte w pozostałych opisach wskazanych przez Zamawiającego? Powyższe powoduje, że oferty złożone w postępowaniu będą nieporównywalne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 3 dot. opcji nr 2 punktu 3.15 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.15 SIWZ

(...)

Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb),

którego zewnętrzną warstwę jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca puszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym, Możliwość rozbudowy puszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość zastosowania tacy puszczelowej ALL Poly cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półwiązanej CondylarConstrained. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

(...)

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

12. Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

„- Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), cementowany, wykonany z chromokobaltu w 8 rozmiarach, Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego,

- Element puszczelowy, cementowany, wykonany z tytanu w 10 rozmiarach, możliwość zastosowania przedłużeń standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego,

- Wkładka wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatraskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm,

- Cement kostny z dwoma antybiotykami,

- jednorazowe ostrze do piły.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu opis endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – cementowanej odpowiada opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

13. Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 4, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis” w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu

zaoferowania „Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym” co jest zawarte w pozostałych opisach wskazanych przez Zamawiającego? Powyższe powoduje, że oferty złożone w postępowaniu będą nieporównywalne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 4 dot. opcji nr 2 punktu 3.16 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.16 SIWZ

(...)

Część udowa bezcementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półwiązanej CondyloConstrained. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

(...)

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 4 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

14. Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

„- Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), bezcementowy, wykonany z chromokobaltu w 8 rozmiarach, Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.

- Element piszczelowy typu monobloc (taca piszczelowa z wkładką), bezcementowy, pokryty tantalem w 6 rozmiarach, 4 wysokości wkładki na każdy z rozmiarów,

- jednorazowe ostrze do piły.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w pytaniu opis endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej odpowiada opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

15. Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce: „Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm.” Z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 8 punktu 3.20 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.20 SIWZ

Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.

W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej w zakresie Pakietu nr 8 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

16. Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 punktu 4 do osobnego pakietu? Powyższe znajduje zasadność w dostępności pakietu dla większej ilości podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

V.

17. Pakiet nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 zgodzi się na dostawy narzędzi i implantów na zabieg bez konieczności tworzenia depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

VI.

18. PYTANIE PIERWSZE DO PAKIETU NR 1.

Czy Zamawiający w ramach Pakietu nr 1 dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie równorzędne o parametrach:

Trzpień:

-bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny

-wykonany ze stopu tytanu, pokryty w strefie międzykrętarzowej porowatym tytanem i hydroksyapatytem zapewniając pierwotną fiksację (tarcie) i wtórną osteointegrację w oparciu o obrastanie tkanką kostną

-dostępny w 12 rozmiarach (0-11) w opcji standardowej i o zwiększonym offsecie uzyskanym poprzez zmianę kąta CCD. Offset zwiększa się zależnie od rozmiaru od 3 do 6mm pomiędzy tożsamymi rozmiarami dla kątów 132° (standard) i 127° (lateralizowany)

-długość trzpienia 93-126mm ze skokiem długości o 3mm pomiędzy kolejnymi rozmiarami; geometria trzpienia oparta na analizie morfometrycznej ze specyficzną krzywizną przyśrodkową zależną od rozmiaru co wpływa na mniejszą migrację dystalną trzpienia i mniejsze ryzyko złamań okołoprotezowych śródoperacyjnie
-kąt CCD 132° i 127°; stożek o zredukowanej geometrii dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego o wymiarach podstaw 11,3mm oraz 12,5mm, wysokości 12,1mm oraz kącie stożka 5°40"; szyjka oraz część dystalna polerowana; zcięta boczna część końca dystalnego trzpienia dla zmniejszenia ryzyka konfliktu z korówką boczną.

Głowa:

metalowa o średnicach od 22 do 40 mm

ceramiczne o średnicach od 28 mm do 36 mm.

Panewka:

-bezcementowa, tytanowa, z okładziną z porowatego tytanu, wyposażona w równikowe poszerzenie o wartości 1,8mm dla poprawy pierwotnej fiksacji w pierścieniu kostnym panewki bez przeciążania dna panewki; typu Press-fit

- średnice zewnętrzne od 40mm do 72mm ze skokiem co 2mm

- dostępne panewki pełne (w pełnym zakresie oferowanych rozmiarów) oraz otworowe w pełnym zakresie rozmiarów (3 lub 5 otworów zależnie od średnicy zewnętrznej)

- wkłady ceramiczne dostępne od rozmiaru zewnętrznego panewki 46mm

Wkładka:

- wykonana z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link"

- centrum rotacji głowy umieszczone symetrycznie / centralnie we wkładce

- dostępne panewki neutralne / symetryczne oraz z okapem antyluksacyjnym 10°

- w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek

Śruby:

- o grubości 6.5 mm, w różnych długościach

Zaślepka:

zaślepka centralna do panewki otworowej w oddzielnym opakowaniu, dla panewek pełnych zaślepka wraz z panewką we wspólnym opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

19. PYTANIE DRUGIE DO PAKIETU NR 2

Czy Zamawiający w ramach Pakietu nr 2 dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie równorzędne o parametrach:

Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 7 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm, 56mm) i 22 rozmiarach. Stożek o zredukowanej geometrii dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego o wymiarach podstaw 11,3mm oraz 12,5mm, wysokości 12,1mm oraz kącie stożka 5°40"; Panewka wykonana z polietylenu III generacji poddana procesowi wyżarzania (annealing) z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, w co najmniej trzech rozmiarach długości szyjki. Korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o

średnicy od 8 do 20 mm. Cement kostny 40g z antybiotykiem gentamycyną. Mieszalnik z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu do kości udowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1. Ulega zmianie punkt 3.13 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.13 SIWZ Dostawa **endoprotez bezcementowych stawu biodrowego** (w tym artykulacja polietylen/metal oraz artykulacja ceramika/ceramika) dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.1) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 1

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

– w ilości **210 sztuk** (w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja ceramika/ceramika 20 sztuk):

Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 128mm do 156mm – w ilości **190 sztuk**.

Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki

implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm – **w ilości 20 sztuk.**

Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufixowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem – **w ilości 210 sztuk.**

Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – **w ilości 190 sztuk.**

Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – **w ilości 20 sztuk.**

Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 100 sztuk.**

Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 90 sztuk.**

Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 20 sztuk.**

2. Ulega zmianie punkt 3.14 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.14 SIWZ Dostawa **endoprotez cementowanych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.2) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 2

ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO

– w ilości 60 sztuk:

Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32, 36 mm z czterema długościami szyjki. Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32, 36 mm, średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.

LUB

Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o

kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.

LUB

Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki.

Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.

Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.

3. Ulega zmianie punkt 3.15 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.15 SIWZ Dostawa **endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – cementowanych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.3) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 3

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA – w ilości 100 sztuk:

Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element puszczelowy wykonany ze stopu tytanowego. Komponent udowy anatomiczny jednoosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent puszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

LUB

Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut

First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca puszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym, Możliwość rozbudowy puszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość zastosowania tacy puszczelowej ALL Poly cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półwiązanej CondylConstrained. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

LUB

Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i puszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent puszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka puszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatraskowo metalowym bolcem do tacy puszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS.

Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

LUB

Endoproteza kolanowa kłykciowa wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i puszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 8 rozmiarach. Wkładka puszczelowa typu CR, UC (ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej krawędzi wkładki bez konieczności wykonania plastyki międzykłykciowej) PS mocowana zatraskowo, metalowym bolcem do tacy puszczelowej wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

4. Ulega zmianie punkt 3.16 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.16 SIWZ Dostawa **endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – bezcementowych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.4) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 4

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA – w ilości 50 sztuk:

Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny). Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element puszczelowy wykonany ze stopu tytanowego lub

tantalu. Komponent udowy jednoosiowy anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

LUB

Część udowa bezcementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półwiązanej CondyloConstrained. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.

LUB

Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatraskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS.

Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

5. Ulega zmianie punkt 3.17 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.17 SIWZ Dostawa **endoprotez jednoprzędziałowych stawu kolanowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.5) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 5

ENDOPROTEZA JEDNOPRZĘDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

– w ilości 70 sztuk:

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 20g.

LUB

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 40g.

6. Ulega zmianie punkt 3.20 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.20 SIWZ Dostawa **panewek dwumobilnych, cementowanych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.8) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 8

PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO – w ilości 10 sztuk:

Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.

7. Ulega zmianie punkt 3.22 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Punkt 3.22 SIWZ Dostawa **systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO, grotów, gwoździ i drutów, pręty śródszpikowych Endera, pręty śródszpikowych dla dzieci, wkrętów kaniulowanych, klamer kostnych, płytek rekonstrukcyjnych do złamań miednicy, płytek rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów oraz wkrętów typu Herbert** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.10) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 10

- 1) System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i podkładki):
 - a) Wkręty do kości korowej – **w ilości 500 sztuk.**
 - b) Wkręty do kości gąbczastej – **w ilości 120 sztuk.**
 - c) Wkręty do kości drobnych – **w ilości 100 sztuk.**
 - d) Wkręty kostkowe samogwintujące – **w ilości 80 sztuk.**
 - e) Podkładki pod wkręty – **w ilości 100 sztuk.**
 - f) Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) – **w ilości 60 sztuk.**

- g) Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) – w ilości 20 sztuk.
 - h) Płytki samodociskowe wąskie – w ilości 30 sztuk.
 - i) Płytki samodociskowe szerokie – w ilości 20 sztuk.
 - j) Płytki rynnowe (standardowe i małe) – w ilości 20 sztuk.
 - k) Płytki do kości drobnych – w ilości 40 sztuk.
 - l) Płytki różnokształtne: T, Y, L – w ilości 20 sztuk.
- 2) Groty, gwoździe i druty:
 - a) Druty Kirschnera – w ilości 160 sztuk.
 - b) Groty Steinmanna – w ilości 40 sztuk.
 - c) Groty Schanza – w ilości 30 sztuk.
 - d) Druty do stabilizacji odłamów – w ilości 20 sztuk.
 - 3) Pręty śródszpikowe Endera:
 - a) Gładkie – w ilości 20 sztuk.
 - b) Moletowane – w ilości 60 sztuk.
 - 4) Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoźdźnia przez przemieszczeniem – w ilości 60 sztuk.
 - 5) Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm – w ilości 120 sztuk.
 - 6) Klamry kostne – w ilości 10 sztuk.
 - 7) Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk.
 - 8) Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) – w ilości 160 sztuk.
 - 9) Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowierzące i samogwintujące o średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – w ilości 60 sztuk.

8. Ulega zmianie załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty przetargowej, który otrzymuje nowe brzmienie:

Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 20 marca 2020 roku wzór formularza oferty przetargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 1.

9. Ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 20 marca 2020 roku projekt umowy będący załącznikiem nr 6 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 2.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

http://www.szpital-zakopane.pl

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

tel. (+48 18) 20-120-21

fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

10. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ **Punkt 18.1 SIWZ** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu nie później niż **do dnia 06 kwietnia 2020 roku, do godziny 9:00.**”;

11. Ulega zmianie Punkt 18.2 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ **Punkt 18.2 SIWZ** Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 06 kwietnia 2020 roku o godzinie 14:00** w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, w pokoju – Sala Konferencyjna (Sala Konferencyjna mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro – wejście przez sekretariat).”.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Załącznik nr 2 – Zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.

Z poważaniem:

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Załącznik nr 1

do pisma z dnia 20 marca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ

**FORMULARZ
OFERTY PRZETARGOWEJ**

OFERTA DLA

**Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na: **„Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”**

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Wykonawca/Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

ul./nr:

kod/miejscowość/województwo:

NIP:

REGON:

KRS/CEiDG:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z postępowaniem:

telefon:

faks:

adres poczty elektronicznej e-mail:

adres skrzynki ePUAP:

www:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

Pakiet – Nr 1

3.1. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyzsza łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi** %.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO:						
1.	Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 128mm do 156mm	190				
2.	Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm	20				
3.	Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufixowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub	210				



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

	polietylenowy z okapem					
4.	Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm	190				
5.	Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm	20				
6.	Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki	100				
7.	Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki	90				
8.	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki	20				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.1. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 2

3.2. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., **zł brutto**

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO: Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32, 36 mm z czterema długościami szyjki. Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32, 36 mm, średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.*</p> <p>* Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p> <p>Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.*</p> <p>* Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p> <p>Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji</p>	60				



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowy). Minimum 5 rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki. Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.*

*** Niewłaściwe skreślić**

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.2. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 3

3.3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi %.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA: Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego. Komponent udowy anatomiczny jednoosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p> <p>Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym, Możliwość rozbudowy piszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość zastosowania tacy piszczelowej ALL. Poly cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w</p>	100				

wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.*

*** Niewłaściwe skreślić**

LUB

Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.*

*** Niewłaściwe skreślić**

LUB

Endoproteza kolanowa kłykciowa wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, UC (ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej krawędzi wkładki bez konieczności wykonania plastyki międzykłykciowej) PS mocowana zatrzaskowo, metalowym bolcem do tacy piszczelowej wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.*

*** Niewłaściwe skreślić**

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.3. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 4

3.4. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA: Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny). Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego lub tantal. Komponent udowy jednoosiowy anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym. * Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p> <p>Część udowa bezcementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Błoczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półwiązanej CondyloConstrained. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p>	50				



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Proteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.*

*** Niewłaściwe skreślić**

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.4. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 5

3.5. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p>ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO: Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 20g. * Niewłaściwe skreślić</p> <p>LUB</p> <p>Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 40g.* * Niewłaściwe skreślić</p>	70				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.5. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 6

3.6. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE	40				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.6. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 7

3.7. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 7 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 7 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEO: Panewka typu dwumobilna bezcementowa, stalowa w wersji press-fit. Panewka na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna minimum od 44 mm do 64 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla mniejszych rozmiarów panewek.	10				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.7. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 8

3.8. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 8 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEO: Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.	10				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).

4.8. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 9

3.9. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 9 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego (montowanego na gwoździu) do zespalania złamań, (komplet obejmujący gwoździe śródszpikowy oraz 4 śruby blokujące). Wykonane z tytanu wraz z instrumentarium przyjaznym dla operatora:						
1.	Kości ramiennej Wielopłaszczyznowy do zaopatrywania złamań bliższego końca kości ramiennej z możliwością umieszczenia śrub w głowie kości ramiennej, gwoździe proste antero i retrograde w zakresie długości 180-400 mm.	20				
2.	Kości udowej Proste, rekonstrukcyjne i/lub uniwersalne antero i retrograde z możliwością założenia śruby nasadowej kompresyjnej.	40				
3.	Kości piszczelowej Prosty, rekonstrukcyjny, odpiętowy	80				
4.	Gwoździe typu "gamma" Z dodatkowym zabezpieczeniem derotacyjnym oraz kątem szyjkowym 125-135 st..	30				
5.	Kości udowej Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia śruby kompresyjnej kłykciowej.	10				
System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej (komplet śruba, płytka i śruba kompresyjna)						
6.	Typu DHS	50				
7.	Typu DCS	10				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, rozwiertaków kanałowych, itp.).

4.9. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

..... Pieczeń wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
----------------------------	--

Pakiet – Nr 10

3.10. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 10 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., **zł brutto**

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i podkładki):						
1.	Wkręty do kości korowej	500				
2.	Wkręty do kości gąbczastej	120				
3.	Wkręty do kości drobnych	100				
4.	Wkręty kostkowe samogwintujące	80				
5.	Podkładki pod wkręty	100				
6.	Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm)	60				
7.	Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm)	20				
8.	Płytki samodociskowe wąskie	30				
9.	Płytki samodociskowe szerokie	20				
10.	Płytki rynnowe (standardowe i małe)	20				
11.	Płytki do kości drobnych	40				
12.	Płytki różnokształtne: T, Y, L	20				
Groty, gwoździe i druty:						
13.	Druty Kirschnera	160				
14.	Groty Steinmanna	40				
15.	Groty Schanza	30				
16.	Druty do stabilizacji odłamów	20				
Pręty śródszpikowe Endera:						
17.	Gładkie	20				
18.	Moletowane	60				
19.	Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoździa przez przemieszczeniem	60				



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

20.	Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm	120				
21.	Klamry kostne	10				
22.	Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy	50				
23.	Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów)	160				
24.	Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowierzące i samogwintujące o średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm	60				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.10. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 11

3.11. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 11 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 11 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp (komplet)	1				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.11. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 12

3.12. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 12 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 12 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS (komplety: wkręty i płytki). Implanty oraz śruby korowe i blokowane wykonane z tytanu, anatomiczne dla danej kości tj.: bliższego końca kości ramiennej, dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylna-boczna, tylna, końca dalszego kości promieniowej bliższego końca kości łokciowej, trzonów kości długich przedramienia proste, wąskie, szerokie do złamania trzonów kości długich ramiennej, udowej i piszczelowej, trzonu obojczyka od góry oraz od przodu, końca barkowego obojczyka, drobnych kości ręki, złamania końca dalszego kości udowej, bliższego końca kości piszczelowej bocznej i przyśrodkowej z możliwością położenia również przyśrodkowo-tylnego implantu, końca dalszego kości piszczelowej przyśrodkowa, przednio-boczna, kostki bocznej piszczeli, drobnych kości stóp.	100				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.12. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczeń wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 13

3.13. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 13 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 13 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Komplety:						
1.	Śruby interferencyjne kaniulowane, biowchłaniające i/lub osteokondukcyjne i/lub kompozytowe od 7 do 11 i długości 20-30 mm	100				
2.	Mocowania typu endo-button na stałej długości pętli	60				
3.	Mocowania typu endo-button samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej	50				
4.	Mocowania typu endo-button o przełożonej płytce samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej	5				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.13. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 14

3.14. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 14 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 14 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego tj.: rekonstrukcji ścięgien oraz leczenia niestabilności. Komplet:						
1.	Kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm	30				
2.	Kotwice niciowe śr. 1,3-1,4 i 2,3-2,9 mm	60				
3.	Implanty i typu Peek do napinania nici tj. kotwice bezwęzłowe stosowane w technice dwurzędowej	10				
4.	Kotwice biochłaniające lub biozastępcze 3,5-4,5 i 5,5 mm z naciągnięciami	10				
5.	Kaniule artroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3 rozmiary)	10				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.14. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 15

3.15. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 15 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 15 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Płytki i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – osetokondukcyjne, biochłaniające kliny do wypełnienia szczeliny wykonane z trójfosforanu wapnia dostępne w minimum 10 rozmiarach – płytki do stabilizacji osteotomii piszczeli umożliwiające dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (wersja L i P) z możliwością dogięcia, otwory dla śrub kątowno stabilnych - śruby kątowno stabilne do blokowania płytki śr kompatybilnej z płytką	20				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.15. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 16

3.16. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 16 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 16 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowierzące 11-14 mm, mocowane do napędu	30				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.16. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczeń wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 17

3.17. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 17 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 17 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm do zabiegów artroskopowych	20				
2.	Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml	5				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.17. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 18

3.18. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 18 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 18 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Implant w formie żelu przygotowywany in-situ biopolimerowy służący do uzupełniania ubytków chrząstki stosowany podawany przez strzykawkę w zabiegach artroskopowych stawów	15				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).

4.18. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – Nr 19

3.19. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 19 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

....., zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi %**.

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 19 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:

Lp.	Charakterystyka opis	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5 oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230 mm	10				
2.	Śruby kaniulowane tytanowe wraz ze specjalną lub specjalnymi podkładkami stosowane przy operacjach niestabilności barku sp Laterjet wraz z instrumentarium potrzebnym do tego typu operacji	10				

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, itp.).

4.19. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:

Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

WIELKOŚĆ DEPOZYTU

..... sztuk

każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

.....
Pieczęć wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

5. DOKUMENTY:

Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.):

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Lp	Nazwa oświadczenia lub dokumentu	Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1.		
2.		
3.		

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty **nie prowadzi* / prowadzi*** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

*** Niepotrzebne skreślić**

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą część niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie wykonanych dostaw), wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

7. OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w okresie **24 miesięcy**,
- Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
- Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
- Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert,
- Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
- Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem **(podać):**

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Wadium do Pakietu nr w wysokości **PLN**, zostało wniesione w dniu **2020 roku**, w formie:,
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy:,

8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
- Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest, e-mail:tel./fax:

10. PODWYKONAWCY:

Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego **będę* / nie będę*** korzystać z usług podwykonawców.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:

-,
-,
-,

11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

-,
-,

W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

-,
-,

12. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

-,
-,



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

✉ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

3.,
4.,
5.,
6.,
7.,
8.

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Miejscowość, data

**Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy
ELEKTRONICZNY
osoby/osób uprawnionej/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy**

Załącznik nr 2

do pisma z dnia 20 marca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

**UMOWA
ZP / 05 / 20**

Zawarta w dniu 2020 roku w Zakopanem

p o m i ę d z y:

Szpitałem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:

- **Dyrektora** – mgr Reginę Tokarz
- **Głównego Księgowego** – Marię Sowińską

zwanym dalej **“Zamawiającym”**

a:

Firmą.....
reprezentowaną przez:

–

zarejestrowaną w

REGON:

NIP:

zwaną dalej **“Dostawcą”**

łącznie zwanych **“Stronami”**

W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP / 05 / 20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego dostawy określone według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 33184100-4 (Implanty chirurgiczne), polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo - ortopedycznej, obejmujących:
 - 1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 210 sztuk (w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja ceramika/ceramika 20 sztuk), wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 2,*
 - 2) Endoproteza cementowana stawu biodrowego – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 3,*
 - 3) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – cementowana – w ilości 100 sztuk, wg

- zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 4,*
- 4) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – bezcementowa – w ilości 50 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 5,*
 - 5) Endoproteza jednoprzędziowa stawu kolanowego – w ilości 70 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 6,*
 - 6) Endoproteza połowiczna stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE – w ilości 40 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 7,*
 - 7) Panewka dwumobilna, bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 8,*
 - 8) Panewka dwumobilna, cementowana stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 9,*
 - 9) Gwoździe blokowane śródszpikowe – w ilości 180 sztuk, oraz System dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 10,*
 - 10) System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO – w ilości 1.110 sztuk, oraz Groty, gwoździe i druty – w ilości 250 sztuk, oraz Pręty śródszpikowe Endera – w ilości 80 sztuk, oraz Pręty śródszpikowe dla dzieci – w ilości 60 sztuk, oraz Wkręty kaniulowane – w ilości 120 sztuk, oraz Klamry kostne – w ilości 10 sztuk, oraz Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk, oraz Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów – w ilości 160 sztuk, Wkręty typu Herbert – w ilości 60 sztuk, oraz wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 11,*
 - 11) Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – w ilości 1 kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 12,*
 - 12) System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS – w ilości 100 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 13,*
 - 13) System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego – w ilości 215 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 14,*
 - 14) Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego – w ilości 120 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 15,*
 - 15) Płytki i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w

ust. 16,*

- 16) Śruby tytanowe – w ilości 30 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 17,*
- 17) Taśmy z materiału – w ilości 20 sztuk,
Klej tkankowy dwuskładnikowy – w ilości 5 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 18,*
- 18) Implant w formie żeluz – w ilości 15 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 19,*
- 19) Śruby obojczykowe kompresyjne – w ilości 10 sztuk,
Śruby kaniulowane – w ilości 10 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 20,*

zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia 2020 roku na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

(W zawieranej umowie poniższe punkty zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego)

2. Dostawa **endoprotez bezcementowych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 1) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

– w ilości 210 sztuk (w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja ceramika/ceramika 20 sztuk):

- 1) Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 128mm do 156mm – **w ilości 190 sztuk.**
- 2) Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpień o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm – **w ilości 20 sztuk.**
- 3) Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufixowanie i późniejszą

osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem – **w ilości 210 sztuk.**

- 4) Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – **w ilości 190 sztuk.**
- 5) Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – **w ilości 20 sztuk.**
- 6) Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 100 sztuk.**
- 7) Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 90 sztuk.**
- 8) Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki – **w ilości 20 sztuk.**

3. Dostawa **endoprotez cementowanych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 2) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO

– w ilości 60 sztuk:

.....
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

4. Dostawa **endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – cementowanych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 3) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA

– w ilości 100 sztuk:

.....
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

5. Dostawa **endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – bezcementowych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 4) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA

– w ilości 50 sztuk:

.....
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

6. Dostawa **endoprotez jednoprzędziałowych stawu kolanowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 5) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZĘDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

– w ilości 70 sztuk:

.....
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

7. Dostawa **endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,

o których mowa w ust. 1 pkt 6) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE

– w ilości 40 sztuk.

8. Dostawa **panewek dwumobilnych, bezcementowych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 7) umowy obejmuje:

PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

– w ilości 10 sztuk:

Panewka typu dwumobilna bezcementowa, stalowa w wersji press-fit. Panewka na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna minimum od 44 mm do 64 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla mniejszych rozmiarów panewek.

9. Dostawa **panewek dwumobilnych, cementowanych stawu biodrowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 8) umowy obejmuje:

PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO

– w ilości 10 sztuk:

Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.

10. Dostawa **gwoździ blokowanych śródszpikowych oraz systemów dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 9) umowy obejmuje:

1) Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego (montowanego na gwoździu) do zespalania złamań, (komplet obejmujący gwoździe śródszpikowy oraz 4 śruby blokujące). Wykonane z tytanu wraz z instrumentarium przyjaznym dla operatora:

a) Kości ramiennej – **w ilości 20 sztuk**,

Wielopłaszczyznowy do zaopatrywania złamań bliższego końca kości ramiennej z możliwością umieszczenia śrub w głowie kości ramiennej, gwoździe proste antero i retrograde w zakresie długości 180-400 mm,

b) Kości udowej – **w ilości 40 sztuk**,

Proste, rekonstrukcyjne i/lub uniwersalne antero i retrograde z możliwością założenia śruby nasadowej kompresyjnej,

c) Kości piszczelowej – **w ilości 80 sztuk**,

Prosty, rekonstrukcyjny, odpiętowy,

d) Gwoździe typu "gamma" – **w ilości 30 sztuk**,

Z dodatkowym zabezpieczeniem derotacyjnym oraz kątem szyjkowym 125-135 st.,

e) Kości udowej – wsteczny (odkolanowy) – **w ilości 10 sztuk**

Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia śruby kompresyjnej kłykciowej.

- 2) System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej typu DHS – **w ilości 50 sztuk** i kłykciowe typu DCS – **w ilości 10 sztuk**.
Komplet śruba, płytki i śruba kompresyjna.
11. Dostawa **systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO, grotów, gwoździ i drutów, prentów śródszpikowych Endera, gwoździ śródszpikowych dla dzieci, wkrętów kaniulowanych, klamer kostnych, płytek rekonstrukcyjnych do złamań miednicy, płytek rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów oraz wkrętów typu Herbert** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 10) umowy obejmuje:
- 1) System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i podkładki):
- Wkręty do kości korowej – **w ilości 500 sztuk**.
 - Wkręty do kości gąbczastej – **w ilości 120 sztuk**.
 - Wkręty do kości drobnych – **w ilości 100 sztuk**.
 - Wkręty kostkowe samogwintujące – **w ilości 80 sztuk**.
 - Podkładki pod wkręty – **w ilości 100 sztuk**.
 - Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) – **w ilości 60 sztuk**
 - Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) – **w ilości 20 sztuk**
 - Płytki samodociskowe wąskie – **w ilości 30 sztuk**
 - Płytki samodociskowe szerokie – **w ilości 20 sztuk**
 - Płytki rynnowe (standardowe i małe) – **w ilości 20 sztuk**
 - Płytki do kości drobnych – **w ilości 40 sztuk**
 - Płytki różnokształtne: T, Y, L – **w ilości 20 sztuk**
- 2) Groty, gwoździe i druty:
- Druty Kirschnera – **w ilości 160 sztuk**
 - Groty Steinmanna – **w ilości 40 sztuk**
 - Groty Schanza – **w ilości 30 sztuk**
 - Druty do stabilizacji odłamów – **w ilości 20 sztuk**
- 3) Pręty śródszpikowe Endera:
- Gładkie – **w ilości 20 sztuk**.
 - Moletowane – **w ilości 60 sztuk**.
- 4) Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoźdza przez przemieszczeniem – **w ilości 60 sztuk**.
- 5) Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm – **w ilości 120 sztuk**.
- 6) Klamry kostne – **w ilości 10 sztuk**.
- 7) Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – **w ilości 50 sztuk**.
- 8) Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) – **w ilości 160 sztuk**.
- 9) Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowierzące i samogwintujące o średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – **w ilości 60 sztuk**.
12. Dostawa **zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) umowy obejmuje:
Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – **1 komplet**.

13. Dostawa **systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 12) umowy obejmuje:
System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS (komplety: wkręty i płytki). Implanty oraz śruby korowe i blokowane wykonane z tytanu, anatomiczne dla danej kości tj.: bliższego końca kości ramiennej, dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylna-boczna, tylna, końca dalszego kości promieniowej bliższego końca kości łokciowej, trzonów kości długich przedramienia proste, wąskie, szerokie do złamania trzonów kości długich ramiennej, udowej i piszczelowej, trzonu obojczyka od góry oraz od przodu, końca barkowego obojczyka, drobnych kości ręki, złamania końca dalszego kości udowej, bliższego końca kości piszczelowej bocznej i przyśrodkowej z możliwością położenia również przyśrodkowo-tylnego implantu, końca dalszego kości piszczelowej przyśrodkowa, przednio-boczna, kostki bocznej piszczeli, drobnych kości stóp – **w ilości 100 sztuk.**
14. Dostawa **systemów stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 13) umowy obejmuje:
System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Komplety:
1) Śruby interferencyjne kaniulowane, biochłaniane i/lub osteokondukcyjne i/lub kompozytowe od 7 do 11 i długości 20-30 mm – **ilości 100 sztuk,**
2) Mocowania typu endo-button na stałej długości pętli – **ilości 60 sztuk,**
3) Mocowania typu endo-button samozaciskowej, regulowanej i bezwężłowej – **ilości 50 sztuk,**
4) Mocowania typu endo-button o przeluzowanej płytce samozaciskowej, regulowanej i bezwężłowej – **w ilości 5 sztuk.**
15. Dostawa **implantów używanych przy operacjach artroskopowych stawu barkowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 14) umowy obejmuje:
Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego tj.: rekonstrukcji ścięgien oraz leczenia niestabilności komplety:
1) Kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm – **w ilości 30 sztuk,**
2) Kotwice niciowe śr. 1,3-1,4 i 2,3-2,9 mm – **w ilości 60 sztuk,**
3) Implanty i typu Peek do napinania nici tj. kotwice bezwężłowe stosowane w technice dwurzędowej – **w ilości 10 sztuk,**
4) Kotwice biochłaniane lub biozastępcze 3,5-4,5 i 5,5 mm z naciągniętymi – **w ilości 10 sztuk,**
5) Kaniule artroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3 rozmiary) – **w ilości 10 sztuk.**
16. Dostawa **płytek i klinów do osteotomii korekcyjnej piszczeli** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 15) umowy obejmuje:
Płytki i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – osteokondukcyjne, biochłaniane kliny do wypełnienia szczeliny wykonane z trójfosforanu wapnia dostępne w minimum 10 rozmiarach – płytki do stabilizacji osteotomii piszczeli umożliwiające dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (wersja L i P) z możliwością dogięcia, otwory dla śrub kątowno stabilnych - śruby kątowno stabilne do blokowania płytki śr. kompatybilnej z płytką – **w ilości 20 sztuk.**

17. Dostawa **śrub tytanowych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 16) umowy obejmuje: Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowiercące 11-14 mm, mocowane do napędu – **w ilości 30 sztuk.**
18. Dostawa **taśm z materiału plecionego oraz kleju tkankowego** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 17) umowy obejmuje:
 - 1) Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm do zabiegów artroskopowych – **w ilości 20 sztuk.**
 - 2) Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml – **w ilości 5 sztuk.**
19. Dostawa **implantów w formie żelu** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 18) umowy obejmuje:

Implant w formie żelu przygotowywany in-situ biopolimerowy służący do uzupełniania ubytków chrząstki stosowany podawany przez strzykawkę w zabiegach artroskopowych stawów – **w ilości 15 sztuk.**
20. Dostawa **śrub obojczykowych kompresyjnych oraz śrub kaniulowanych** dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 19) umowy obejmuje:
 - 1) Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5 oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230 mm – **w ilości 10 sztuk.**
 - 2) Śruby kaniulowane tytanowe wraz ze specjalną lub specjalnymi podkładkami stosowane przy operacjach niestabilności barku sp Laterjet wraz z instrumentarium potrzebnym do tego typu operacji – **w ilości 10 sztuk.**
21. Dostawca oświadcza, że nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na czas obowiązywania niniejszej umowy:
 - 1) W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy: instrumentarium przystosowane do mini-inwazyjnej techniki operacyjnej z dostępu przedniego, międzymięśniowego
 - 2) W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 4 – ust. 9 z wyłączeniem ust. 7 umowy: napędy ortopedyczne oraz instrumentarium,*
 - 3) W zakresie dostawy, o której mowa w § 1 ust. 10 umowy: rozwiertaki kanałowe śródszpikowe oraz instrumentarium,*
 - 4) W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 11 – ust. 20 umowy: instrumentarium,*

(W zawieranej umowie poniższe punkty zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego)

niezbędne do wykonywania wszystkich powyższych poszczególnych rodzajów operacji.

Dostawca dostarczy Zamawiającemu instrumentarium, o którym mowa w niniejszym ustępie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, ponadto Dostawca zapewni i zagwarantuje serwis użyczonego instrumentarium przez okres trwania umowy.

Dostawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni od zgłoszenia.
22. Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane

zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

23. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
24. Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień (uzupełnienia depozytu – raportu zużycia) składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
25. Zamawiający informuje, że podana powyżej w ust. 1 ilość poszczególnych implantów ortopedycznych będący przedmiotem niniejszej umowy jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
26. Dostawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia takiej konieczności do udzielenia Zamawiającemu konsultacji w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z wykorzystaniem przedmiotu umowy w czasie wykonywania operacji.

§ 2

Czas trwania umowy

1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień 2020 roku.
2. Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień 2022 roku.

§ 3

Wykonanie umowy

1. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
2. Wydanie towaru nastąpi w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
3. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostawy (uzupełnienia depozytu) najdłużej w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 24 umowy, w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:
 - nazwę asortymentu,
 - numer serii,
 - nazwę i adres producenta / dostawcy.W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Dostawca jest zobowiązany, w czasie trwania niniejszej umowy, na każde żądanie Zamawiającego do okazania oryginalnych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 22 umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w przypadku gdy:
 - dostarczono towar złej jakości,
 - dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,
 - dostarczono towar ze zwłoką.
6. Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 5 umowy nastąpi w ciągu 2 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku, gdy

ostatni dzień dostawy będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa w ust. 3 umowy,

7. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
8. Dostawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
9. Dostawca zobowiązuje się:
 - a) dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
 - b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
10. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie oraz rozliczenie wykonania umowy będzie Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
11. Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie:
12. Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz ofertą przetargową złożoną w dniu 2020 roku.
13. Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
 - a) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
 - b) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.

§ 4 Depozyt

1. Wykonawca wypożycza (składa w depozyt) Zamawiającemu wyroby medyczne w ilości **sztuk*** każdego z asortymentu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1) – 19)* niniejszej umowy (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)
2. Dostawca dostarczy Zamawiającemu depozyt, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje pomieszczenia bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
4. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotu depozytu tak, aby zachować go w stanie niepogorszonym, tym samym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotu depozytu.
5. Dostawca wyraża zgodę na używanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ich przeznaczeniem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego oddanych w depozyt wyrobów, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu tych wyrobów od Dostawcy według zasad określonych w niniejszej umowie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania raportów zużycia przedmiotu depozytu, po każdym wykonanym zabiegu w terminie 2 dni.
7. Raport zużycia będzie jednocześnie zamówieniem, o którym mowa w § 1 ust. 24 umowy, na podstawie którego Dostawca wystawi fakturę.

8. Faktura zostanie przesłana do Zamaewiającego wraz z uzupełnieniem wykorzystanego przedmiotu depozytu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
9. Strony umowy ustalają, że ceny za zużyte przez Zamawiającego wyroby podane w fakturze zostaną określone zgodnie z wykazem cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia 2020 roku, w wysokości **zł brutto** (słownie złotych:) w tym % należnego podatku VAT.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składa się wynagrodzenie jednostkowe za wykonanie dostawy:
 - 1) jednego trzpienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 2) jednego trzpienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 3) jednej panewki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 4) jednego inserta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 5) jednego inserta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 6) jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 7) jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 8) jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 9) jednej endoprotezy cementowanej stawu biodrowego, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 10) jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – cementowanej, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 11) jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 12) jednej endoprotezy jednoprzediałowej stawu kolanowego, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 13) jednej endoprotezy połowicznej stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE, o której mowa w § 1 ust. 7 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 14) jednej panewki dwumobilnej, bezcementowej stawu biodrowego, o której mowa w § 1 ust. 8 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 15) jednej panewki dwumobilnej, cementowanej stawu biodrowego, o której mowa w § 1 ust. 9 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 16) jednego gwoźdźcia do kości ramiennej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1a) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,

- 17) jednego gwoźdźcia do kości udowej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1b) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 18) jednego gwoźdźcia do kości piszczelowej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1c) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 19) jednego gwoźdźcia typu „gamma”, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1d) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 20) jednego gwoźdźcia do kości udowej wstecznego (odkolanowego), o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1e) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 21) jednego systemu dynamicznego śrub typu DHS, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 22) jednego systemu dynamicznego śrub typu DCS, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 23) jednego wkrętu do kości korowej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1a) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 24) jednego wkrętu do kości gąbczastej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1b) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 25) jednego wkrętu do kości drobnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1c) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 26) jednego wkrętu kostkowego samogwintującego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1d) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 27) jednej podkładki pod wkręty, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1e) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 28) jednej płytki wąskiej (grubości 2,5mm i 4,0mm), o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1f) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 29) jednej płytki szerokiej (grubości 2,5mm i 4,5mm), o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1g) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 30) jednej płytki samodociskowej wąskiej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1h) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 31) jednej płytki samodociskowej szerokiej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1i) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 32) jednej płytki rynnowej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1j) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 33) jednej płytki do kości drobnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1k) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 34) jednej płytki różnokątowej T, Y, L, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1l) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 35) jednego drutu Kirschnera, o którym mowa w § 1 ust 11 pkt 2a) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 36) jednego grotu Steinmanna, o którym mowa w § 1 ust 11 pkt 2b) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 37) jednego grotu Schanza, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2c) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 38) jednego drutu do stabilizacji odłamów, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2d) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,

- 39) jednego pręta śródszpikowego Endera - gładkie, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 3a) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 40) jednego pręta śródszpikowego Endera - moletowane, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 3b) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 41) jednego pręta śródszpikowego dla dzieci, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 4) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 42) jednego wkrętu kaniulowanego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 5) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 43) jednej klamry kostnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 6) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 44) jednej płytki rekonstrukcyjnej do złamań miednicy, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 7) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 45) jednej płytki rekonstrukcyjnej różnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 8) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 46) jednego typu Herbert, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 9) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 47) jednego zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp, o którym mowa w § 1 ust. 12 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 48) jednego systemu stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS, o której mowa w § 1 ust. 13 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 49) jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - śruby interferencyjnej kaniulowanej, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 50) jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania typu endo-button na stałej długości pętli, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 51) jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania typu endo-button samozaciskowej, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 52) jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania typu endo-button o przełuzonej płytce samozaciskowej, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 4) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 53) jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego - Kotwice tytanowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 1) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 54) jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego - Kotwice niciowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 55) jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego - Implanty i typu Peek, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 3) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
- 56) jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego - Kotwice biowchłaniaalne, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 4) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,

- 57) jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego - Kaniule artroskopowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 5) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 58) jednej płytki i klina do osteotomii korekcyjnej piszczeli, o której mowa w § 1 ust. 16 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 59) jednej śruby tytanowej, o której mowa w § 1 ust. 17 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 60) jednej taśmy z materiału, o której mowa w § 1 ust. 18 pkt 1) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 61) jednego kleju tkankowego, o którym mowa w § 1 ust. 18 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 62) jednego implantu w formie żeluz, o którym mowa w § 1 ust. 19 umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 63) jednej śruby obojczykowej, o której mowa w § 1 ust. 20 pkt 1) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT,
 - 64) jednej śruby kaniulowanej, o której mowa w § 1 ust. 20 pkt 2) umowy w wysokości zł brutto w tym należnego podatku VAT.
3. W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, ewentualne użyczenie instrumentarium, napędów, rozwiertaków itp.).
 4. Skorzystanie przez Zamawiającego z warunku, o którym mowa w § 1 ust. 25 umowy, tj. ograniczeniu lub w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji nie rodzi roszczenia Dostawcy o zakup i zapłatę nie zrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Warunki płatności

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne, fakturami częściowymi, po odbiorze każdorazowej dostawy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę u Zamawiającego, zatwierdzonej przez Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Dostawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 736 – 145 – 40 – 39.

§ 7

Kara umowna

1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.
2. Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w terminie zakończenia każdorazowej dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust. 3 i ust. 5 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za towar który posiada wady wg cen określonych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,
 - 3) za nie utworzenie depozytu w ilości określonej w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia nie dostarczonej części depozytu wg cen określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
 - 4) za nie utworzenie depozytu w terminie określonych w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
 - 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 % wartości niezrealizowanej części umowy.
3. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.
 5. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury).

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
 - W przypadku naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Dostawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin.

§ 9

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, – na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym roboty. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 i 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
 - 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

- realizujących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), lub
- 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3),
 - 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4).
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.
 13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 14. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę,
 - 2) z powodu wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania produkcji implantów ortopedycznych szczegółowo określonych w § 1 umowy pod warunkiem dostarczenia innych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż te, które wskazano w treści oferty, które jednocześnie spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 3) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 15. Zmiany wymienione w ust. 14 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks Cywilny, Ustawy – Prawo zamówień publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Dostawca: