



# SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

✉ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane  
☎ tel. (+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51  
✉ e-mail: [zp@szpital-zakopane.pl](mailto:zp@szpital-zakopane.pl)  
🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

Zakopane, dnia 25 listopada 2020 roku

ZP / 22 / 20

pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

## Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

### I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

#### 1. Dotyczy:

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników.**

**Pkt.: 2 „Analizator automatyczny do postawienia na stole.”**

**Zapytanie:**

**Czy Zamawiający dopuści Analizator automatyczny wolnostojący?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

#### 2. Dotyczy:

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników.**

**Pkt.: 11 „Wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 340 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE.”**

**Zapytanie:**

**Czy Zamawiający dopuści wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 320 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zmian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.10 pozycji nr 5 i 10 tabeli wymaganych parametrów, która otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników
5.	Wydajność analizatora minimum 380 oznaczeń na godzinę z ISE.
11.	Wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 320 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE.

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

3. Ad. 15

Dotyczy:

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników.**

**Pkt.: 16 „Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków – mikrometoda (minimalna objętość próbki pediatrycznej nie przekraczała 80 mikrolitrów).”**

**Zapytanie:**

**Czy Zamawiający dopuści analizator który potrzebuje 120 mikrolitrów surowicy do wykonania oznaczenia?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

4. Dotyczy

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Ilość badań Analizator główny i zastępczy**

**Zapytanie:**

**Czy w ilościach oznaczeń podanych Zamawiający ujął ilości niezbędne do wykonania kalibracji i kontroli czy Wykonawca ma doliczyć dodatkową ilość odczynników zgodnie z harmonogramem każdy parametr codziennie na dwóch poziomach?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w ilościach oznaczeń podanych w SIWZ uwzględnił ilości niezbędne do wykonania kalibracji i kontroli.

5. Dotyczy

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Ilość badań Analizator główny i zastępczy**

**Zapytanie:**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ilości odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zgodnie z informacją o stabilności po otwarciu zawartą w ulotce producenta?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga zaoferowania niezbędnej ilości odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zgodnie z informacją o stabilności po otwarciu zawartą w ulotce producenta.

6. Dotyczy

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Ilość badań Analizator główny i zastępczy**

**Zapytanie:**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania osobnych ilości kalibratorów i materiałów kontrolnych dla każdego z analizatorów czy dopuści zaoferowanie jednego zestawu na dwa analizatory w przypadku zaoferowania ich w objętości wystarczającej na wykonanie oznaczeń zgodnie z harmonogramem?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie jednego zestawu kalibratorów i materiałów kontrolnych na dwa analizatory w przypadku zaoferowania ich w ilości niezbędnej na wykonanie oznaczeń zgodnie z harmonogramem.

7. Dotyczy

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Ilość badań Analizator główny i zastępczy**

**Zapytanie:**

**Ile procent oznaczeń według Zamawiającego należy doliczyć na powtórki?**

**Uzasadnienie:**

**Wiedza na ten temat jest niezbędna w celu odpowiedniego wyliczenia ilości zaoferowanych odczynników.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje i wyjaśnia, że uwzględnił niezbędne ilości oznaczeń na powtórki.

II.

8. **Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Zamawiający jeśli nie posiada Platformy może dopuścić złożenie oferty mailem w postaci zaszyfrowanego pliku, do którego hasło zostanie przesłane przed otwarciem ofert.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

9. **Prosimy o doprecyzowanie czy podana w kolumnie "ilość badań/oznaczeń" zawiera ilości roczne czy też ilości na 24 miesiące? Czy ilości te zawierają oznaczenia przewidziane na wykonanie kontroli, kalibracji i powtórzenia, czy też należy te oznaczenia doliczyć?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje i wyjaśnia, że podana w kolumnie "ilość badań/oznaczeń" zawiera ilości na okres 24 miesięcy. Ponadto poatrz odpowiedź na pytanie nr 4 niniejszego pisma.

10. **Prosimy o modyfikacje zapisu na: Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie trwania umowy do 24 godzin roboczych oraz usunięcie awarii (wykonanie naprawy) w terminie 5 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**11. Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej ilości testów/ oznaczeń należy zapewnić możliwość pomiaru interferencji?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia wymagania konieczności wykonywania pomiaru interferencji.

**12. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaferowania dwóch identycznych analizatorów zajmujących powierzchnię 2,70x 1,32 m<sup>2</sup>?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.10 pozycji nr 27 tabeli wymaganych parametrów, która otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników
27.	Montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonych analizatorów w pomieszczeniu biochemii (max. powierzchnia do zagospodarowania w celu zainstalowania dwóch aparatów to 2,70 x 1,32 m <sup>2</sup> )

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

**Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt Umowy)**

**13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?**

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od

aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

15. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

16. par. 1 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla 10 pracowników Zamawiającego.

17. par. 5 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

18. par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**19. par. 6 ust. 2 pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby kara umowna wynosiła 15.000,00 zł?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**20. par. 7 ust. 3 pkt 2-3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia: "Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie." Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego fragmentu: "jednak nie wcześniej niż w chwili realizacji przynajmniej 80% wartości umowy."?**

**Uzasadnienie: Zastrzeżenie prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie jej trwania powoduje znaczną niepewność co do długości trwania kontraktu oraz wolumenu sprzedawanego towaru.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**21. par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

**22. Prosimy także o przesunięcie terminu składania ofert o 1 dzień roboczy.**

Odpowiedź: Patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ, punkty nr 4 i 5.

## II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, **postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią.** Dokonane zmiany są wiążące dla wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

### 1. Ulega zmianie punkt 3.10 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

**Punkt 3.10 SIWZ** Wraz z dostawą niezbędnych odczynników laboratoryjnych oraz akcesorii i części zużywalne do wykonania określonych w punktach 3.8 i 3.9 SIWZ ilości badań/oznaczeń wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wydzierżawić i dostarczyć zamawiającemu na czas obowiązywania umowy dwa identyczne w pełni automatyczne analizatory biochemiczne (analizator główny i zastępczy), o których mowa w punkcie 3.1 SIWZ, za pomocą których zamawiający może wykonać wszystkie rodzaje badań/oznaczeń określone w punktach 3.8 i 3.9 SIWZ, o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych:

Lp	Parametry graniczne wymagane dla analizatorów i odczynników
1.	Aparaty takie same (ten sam producent, typ i model). Aparat główny fabrycznie nowy, zastępczy nie może być starszy niż 5 letni (rok produkcji nie starszy niż 2015).
2.	Analizator automatyczny do postawienia na stole.
3.	Analizatory z kompletem wyposażenia do każdego z nich: komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody (wewnętrzna bądź zewnętrzna) lub demineralizator wody, zewnętrzny UPS. Dopuszcza się możliwość zaoferowania jednej stacji uzdatniania wody lub jednego demineralizatora wody w przypadku, gdy będą one w stanie obsłużyć dostarczone dwa analizatory.
4.	Aparat w pełni automatyczny z możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym czasie.
5.	Wydajność analizatora minimum 380 oznaczeń na godzinę z ISE.
6.	Wyposażony w czujniki poziomu płynu i detektor skrzepu z powiadamianiem operatora.
7.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych.
8.	Wyposażony w wewnętrzny czujnik kodów kreskowych.
9.	Parametry z zakresu chemii klinicznej (substraty, enzymy, elektrolity, białka, jony) oznaczane w surowicy, osoczu, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.
10.	Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod.
11.	Wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 320 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE.
12.	Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora, co najmniej 32 miejsc.
13.	Monitorowanie ilości zużywanych odczynników.
14.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.
15.	Flagowanie wyników testów w zależności od rodzaju interferencji.
16.	Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda (minimalna

	objętość próbki pediatrycznej nie przekraczała 80µl).
17.	Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda.
18.	Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie kontroli jakości.
19.	Przechowywanie w pamięci wyników badań i kontroli jakości.
20.	Program kontroli jakości codziennej i skumulowanej: liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości (reguły Levy Jennigsa i Westgarda).
21.	Komunikacja dwukierunkowa między analizatorem a systemem informatycznym Lab-bit.
22.	Bezpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego Lab-bit.
23.	Opis techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim dołączony do analizatora.
24.	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie trwania umowy do 24 godzin oraz usunięcie awarii (wykonanie naprawy) w terminie 5 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii.
25.	Bezpłatne: - instalacja analizatora, - szkolenie personelu, - przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi aparatu, - w okresie trwania umowy przeglądy serwisowe i awarie z wymianą zestawów części zużywalnych.
26.	Zewnętrzny UPS podtrzymujący zasilanie do czasu zakończenia rozpoczętych analiz.
27.	Montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonych analizatorów w pomieszczeniu biochemii (max. powierzchnia do zagospodarowania w celu zainstalowania dwóch aparatów to 2,70 x1,32 m <sup>2</sup>
<b>Uwaga poniższe dodatkowe parametry analizatorów służą wyłącznie ocenie ofert w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej – Jakość:</b>	
28.	Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku: • Tak – 3 punkty • Nie – 0 punktów
29.	Oprogramowanie w języku polskim, analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej: • Tak – 2 punkty • Nie – 0 punktów
30.	Zużycie wody nie większe niż 2l/godzinę: • Tak – 5 punktów • Nie – 0 punktów

**2. Ulega zmianie załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty przetargowej, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 25 listopada 2020 roku wzór formularza oferty przetargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 1.

**W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:**



3. **Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„ **Punkt 17.9. SIWZ** Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:

.....

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane  
Sekretariat Dyrektora

**OFERTA PRZETARGOWA**

„Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą  
analizatorów do badań biochemicznych”

Nie otwierać przed: 01 grudnia 2020 roku przed godz. 12:15

4. **Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„ **Punkt 18.1 SIWZ** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul. Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro), **do dnia 01 grudnia 2020 roku, do godziny 12:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

5. **Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„ **Punkt 18.4 SIWZ** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro), **w dniu 01 grudnia 2020 roku o godzinie 12:15.**”.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ).

**UWAGA !!!**

**Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.**

Z poważaniem:

**DYREKTOR**  
**SZPITALA POWIATOWEGO**  
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

mgr Regina Tokarz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,  
2. A/a.



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

http://www.szpital-zakopane.pl

e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

tel. (+48 18) 20-120-21

fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 22 / 20

## Załącznik nr 1

do pisma z dnia 25 listopada 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

## OFERTA DLA

**Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa  
Chałubińskiego w Zakopanem  
ul. Kamieniec 10  
34-500 Zakopane**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych**”

### 1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .....

Wykonawca/Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

ul./nr: .....

kod/miejscowość/województwo: .....

NIP: .....

REGON: .....

KRS/CEIDG: .....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .....

Dane teled adresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

telefon: .....

faks: .....

e-mail: .....

www: .....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): .....

### 2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

**3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*:

**ŁĄCZNA CENA OFERTOWA**

....., ..... **zł brutto**

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty **wynosi ..... %**.

\* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników + dzierżawę przez okres 24 miesiące dwóch analizatorów, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej SIWZ.

**Na łączną cenę ofertową brutto, o której mowa wyżej w szczególności składają się ceny jednostkowe za wykonanie dostawy niezbędnych odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonania wymaganej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesoria do analizatora głównego w tym do wykonania codziennej kontroli na dwóch poziomach i powtórzenia:**

Lp	Nazwa badania	Ilość badań oznaczeń	Ilość op.	Cena jedn. op. netto	Wartość netto	Vat [%]	Wartość brutto
1.	Alat	8050					
2.	Albuminy	840					
3.	Alkohol etylowy	1330					
4.	Amylaza	3360					
5.	ASO	280					
6.	Aspat	7350					
7.	Białko całkowite	1260					
8.	Białko w moczu	980					
9.	Bilirubina całkowita	3850					
10.	Bilirubina bezpośrednia	735					
11.	Chlorki	1750					
12.	Cholesterol	2800					
13.	Cholesterol HDL bezpośredni	1715					
14.	CK-Kinaza kreatynowa	900					
15.	CRP ilościowo	14280					
16.	Fosforany nieorganiczne	525					
17.	Fosfataza alkaliczna AP	840					
18.	Gamma GT	1120					
19.	Glukoza	17360					
20.	Kreatynina enzymatyczna	19250					
21.	Kwas moczowy	1680					
22.	Magnez	2205					
23.	Mocznik	5950					
24.	Lipaza	1260					
25.	LDH	420					
26.	Czynnik RF ilościowo	350					
27.	Potas	21000					

28.	Sód	21000					
29.	Trójglicerydy	2450					
30.	Wapń	1470					
31.	Żelazo	2100					
32.	Białko w PMR	500					
33.	HbA1C-Hemoglobina glikowana	420					

**Dodatkowe wszystkie inne niezbędne odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania powyższej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesoria do analizatora głównego w tym należy uwzględnić codzienną kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia:**

34.							
...							
...							

**UWAGA!**

Od punktu 34 i w następnych niniejszej tabeli **wykonawcy w składanej ofercie przetargowej są zobowiązani uwzględnić** wszystkie niezbędne do wykonania wyżej wymienionej liczby badań/oznaczeń odczynniki oraz akcesorii i części zużywalne do dostarczonego i dzierżawionego przez zamawiającego analizatora głównego do badań biochemicznych.

**Koszt zakupu odczynników i materiałów koniecznych do wykonania badań nie ujętych w składanej ofercie ponosi wykonawca.**

**Na łączną cenę ofertową brutto, o której mowa wyżej w szczególności składają się ceny jednostkowe za wykonanie dostawy niezbędnych odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonania wymaganej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesorii do analizatora zastępczego w tym do wykonania codziennej kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia oraz dzierżawy analizatorów głównego oraz zastępczego w wysokości:**

Lp	Nazwa badania	Ilość badań oznaczeń	Ilość op.	Cena jedn. op. netto	Wartość netto	Vat [%]	Wartość brutto
1.	Alat	3450					
2.	Albuminy	360					
3.	Alkohol etylowy	570					
4.	Amylaza	1440					
5.	ASO	120					
6.	Aspat	3150					
7.	Białko całkowite	540					
8.	Białko w moczu	420					
9.	Bilirubina całkowita	1650					
10.	Bilirubina bezpośrednia	315					
11.	Chlorki	750					
12.	Cholesterol	1200					
13.	Cholesterol HDL bezpośredni	735					
14.	CK-Kinaza kreatynowa	300					
15.	CRP ilościowo	6120					
16.	Fosforany nieorganiczne	225					
17.	Fosfataza alkaliczna AP	360					

18.	Gamma GT	480					
19.	Glukoza	7440					
20.	Kreatynina enzymatyczna	8250					
21.	Kwas moczowy	720					
22.	Magnez	945					
23.	Mocznik	2550					
24.	Lipaza	540					
25.	LDH	180					
26.	Czynnik RF ilościowo	150					
27.	Potas	9000					
28.	Sód	9000					
29.	Trójglicerydy	1050					
30.	Wapń	630					
31.	Żelazo	900					
32.	HbA1C-Hemoglobina glikowana	180					

**Dodatkowe wszystkie inne niezbędne odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania powyższej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesoria do analizatora zastępczego w tym należy uwzględnić codzienną kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia:**

33.							
...							
...							

**UWAGA!**

Od punktu 33 i w następnych niniejszej tabeli **wykonawcy w składanej ofercie przetargowej są zobowiązani uwzględnić** wszystkie niezbędne do wykonania wyżej wymienionej liczby badań/oznaczeń odczynniki oraz akcesorii i części zużywalne do dostarczonego i dzierżawionego przez zamawiającego analizatora zastępczego do badań biochemicznych.

**Koszt zakupu odczynników i materiałów koniecznych do wykonania badań nie ujętych w składanej ofercie ponosi wykonawca.**

Lp	Nazwa analizatora do badań biochemicznych	Ilość m-cy	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat [%]	Wartość brutto
1.	Analizator główny	24				
2.	Analizator zastępczy	24				

**Oferuję dostawę identycznych analizatorów do badań biochemicznych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych:**

Producent/Firma: .....

Urządzenie typ/model: .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji (główny i zastępczy): .....

Wersja konstrukcyjna z roku: .....

Nazwa zakładu serwisowego: .....

Adres zakładu serwisowego: .....

Lp	Parametry wymagane	Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE
1.	Aparaty takie same (ten sam producent, typ i model). Aparat główny fabrycznie nowy, zastępczy nie może być starszy niż 5 letni (rok produkcji nie starszy niż 2015).	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
2.	Analizator automatyczny do postawienia na stole.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
3.	Analizatory z kompletem wyposażenia do każdego z nich: komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody (wewnętrzna bądź zewnętrzna) lub demineralizator wody, zewnętrzny UPS. Dopuszcza się możliwość zaoferowania jednej stacji uzdatniania wody lub jednego demineralizatora wody w przypadku, gdy będą one w stanie obsłużyć dostarczone dwa analizatory.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
4.	Aparat w pełni automatyczny z możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym czasie.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
5.	Wydajność analizatora minimum 380 oznaczeń na godzinę z ISE.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
6.	Wyposażony w czujniki poziomu płynu i detektor skrzepu z powiadamianiem operatora.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
7.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
8.	Wyposażony w wewnętrzny czujnik kodów kreskowych.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
9.	Parametry z zakresu chemii klinicznej (substraty, enzymy, elektrolity, białka, jony) oznaczane w surowicy, osoczu, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
10.	Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
11.	Wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 320 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
12.	Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora, co najmniej 32 miejsc.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
13.	Monitorowanie ilości zużywanych odczynników.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
14.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
15.	Flagowanie wyników testów w zależności od rodzaju interferencji.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
16.	Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda (minimalna objętość próbki pediatrycznej nie przekraczała 80µl).	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
17.	Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
18.	Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie kontroli jakości.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
19.	Przechowywanie w pamięci wyników badań i kontroli jakości.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
20.	Program kontroli jakości codziennej i skumulowanej: liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości (reguły Levy Jennigsa i Westgarda).	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
21.	Komunikacja dwukierunkowa między analizatorem a systemem informatycznym Lab-bit.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
22.	Bezpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego Lab-bit.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
23.	Opis techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim dołączony do analizatora.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
24.	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie trwania umowy do 24 godzin oraz usunięcie awarii (wykonanie naprawy) w terminie 5 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
25.	Bezpłatne: - instalacja analizatora,	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić

	- szkolenie personelu, - przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi aparatu, - w okresie trwania umowy przeglądy serwisowe i awarie z wymianą zestawów części zużywalnych.	
26.	Zewnętrzny UPS podtrzymujący zasilanie do czasu zakończenia rozpoczętych analiz.	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
27.	Montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonych analizatorów w pomieszczeniu biochemii (max. powierzchnia do zagospodarowania w celu zainstalowania dwóch aparatów to 2,70 x1,32 m <sup>2</sup>	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
<b>Uwaga poniższe dodatkowe parametry analizatorów służą wyłącznie ocenie ofert w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej – Jakość:</b>		
28.	Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku: • Tak – 3 punkty • Nie – 0 punktów	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
29.	Oprogramowanie w języku polskim, analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej: • Tak – 2 punkty • Nie – 0 punktów	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić
30.	Zużycie wody nie większe niż 2l/godzinę: • Tak – 5 punktów • Nie – 0 punktów	<b>Tak* / Nie*</b> * Niewłaściwie skreślić

**Oświadczam**, że oferowane powyżej urządzenia posiadają i spełniają wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne określone w punkcie 3 SIWZ oraz są kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

**4. TERMIN WYKONANIA KAŻDORAZOWEJ DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ:**

Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej liczony w dniach (maksymalnie 7 dni kalendarzowych):

<b>TERMIN WYKONANIA DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ</b>	..... dni
--	-----------

od dnia przesłania zamówienia częściowego.

**5. DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ:**

Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.):

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Lp	Nazwa oświadczenia lub dokumentu	Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1.		
2.		
3.		

**6. OBOWIĄZEK PODATKOWY:**

Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór



## Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

☒ <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

☒ e-mail: [zp@szpital-zakopane.pl](mailto:zp@szpital-zakopane.pl)

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 22 / 20

niniejszej oferty **nie prowadzi\* / prowadzi\*** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

**\* Niepotrzebne skreślić**

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą część niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: .....

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

### 7. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w terminie **24 miesięcy**,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (**podać**): .....

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Wadium w wysokości **8.000,00 PLN**, zostało wniesione w dniu ..... **2020 roku**, w formie: .....
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: .....

### 8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

**Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\***

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

### 9. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,





**Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem**

☒ ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

🌐 <http://www.szpital-zakopane.pl>

☎ tel. (+48 18) 20-120-21

✉ e-mail: [zp@szpital-zakopane.pl](mailto:zp@szpital-zakopane.pl)

☎ fax (+48 18) 20-153-51

Znak sprawy: ZP / 22 / 20

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ..... , e-mail: .....tel./fax: .....

**10. PODWYKONAWCY:**

Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego **będę\* / nie będę\*** korzystać z usług podwykonawców.

\* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:

1. ....,
2. ....

**11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

1. ....,
2. ....

W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

1. ....,
2. ....

**12. SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ....,
2. ....,
3. ....,
4. ....,
5. ....

Oferta została złożona na ..... **kolejno** ponumerowanych stronach.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

**Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

.....  
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy